



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
/ДП “Харківстандартметрологія”/

Вул. Мироносицька, 36, м. Харків, 61002, Україна

Уповноважено Держспоживстандартом України
Свідцтво про уповноваження № ПК 003-2009 від 27.05.2009.

СВІДОЦТВО про державну метрологічну атестацію

№ 04/0086

від “ 11 ” лютого 2011 р.

Ваги електронні торгові

назва засобу виміральної техніки

2010 р.

1011

ACS-A9

позначення

дата виготовлення

порядковий (заводський) номер

Виробник

Фабрика «HuaYing Scales», Kumaï

Належить

ПП Касьяненко Віталій Вікторович – «Планета Весов»

назва підприємства

назва підприємства (організації)

Призначення (галузь застосування) ЗВТ

для зважування і розрахунку вартості товару при

торгівельних операціях від 200 г до 35 кг, з дискретністю 10 г

Умови проведення

t = 19,5 °C, B = 63 %, p = 97,2 кПа

(температура, вологість тощо)

Результати метрологічної атестації

Назва метрологічної характеристики		Одержане значення метрологічної характеристики	Назва, тип, основні метрологічні характеристики робочих еталонів, застосованих гід час атестації
1		2	3
Максимальна похибка навантажених ваг	від 200 г до 20 кг	- 10 г	Гирі 20 кг; 5 кг; 2 кг; 1 кг; 500 г; 100 г; 20 г; 10 г; 5 г; 2 г М ₁ згідно з ДСТУ OIML R 111-1:2008
	понад 20 кг	- 10 г	
Абсолютна похибка кожного з показів ваг при різному розташуванні вантажу на платформі ваг		- 10 г	
Максимальна похибка пристрою вибірки маси тари		- 10 г	
Поріг чутливості ваг		10 г	

За результатами державної метрологічної атестації (протокол № 04-02603 від 11.02.2011 р.)
ваги електронні торгові, ACS-A9

назва, позначення атестованого ЗВТ

визнані, такими що відповідають

Настанові з експлуатації “Весы электронные (торговые,

промышленные)” ПВ4.044.100 РЭ

назва технічної документації,

що містить вимоги до метрологічних характеристик

та придатні до застосування.

Повірку проводити відповідно до

ГОСТ 8.453-82 ГСИ. Весы для статического взвешивания.

назва та позначення документа, що містить методику повірки атестованого ЗВТ

Методы и средства поверки

Міжповірочний інтервал

12 місяців

Генеральний директор

М.П.

Керівник підрозділу

Примітка. Свідцтво зберігається протягом всього періоду експлуатації ЗВТ.

М.М.Будьонний

П.М. Гиря