

Серія АА

ЛІЦЕНЗІЯ

№ 006208

№ **ОВ 020332**

**ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
УКРАЇНИ**

Ідентифікаційний код 21721086

Видана

**ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕВІЗ-ПЛЮС» (ТОВ «МЕВІЗ-ПЛЮС»)**

**46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 23**

(найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище ім'я та по батькові громадянина-підприємця, місце проживання)

Ідентифікаційний код юридичної особи

42753859

На право провадження діяльності

**використання джерел іонізуючого
випромінювання**

(вид діяльності)

Місце провадження діяльності

згідно з розділом 2

(адреса місця провадження діяльності суб'єкта або адреси його територіально
відокремлених підрозділів, за якими провадиться діяльність)

Перелік документів, на підставі яких прийнято
рішення про видачу ліцензії

згідно з розділом 1

Технологічні процеси або види господарської
діяльності, в яких використовуються джерела
іонізуючого випромінювання

діагностична радіологія

Умови провадження діяльності

згідно з розділом 2

Дата видачі ліцензії

15 березня 2020 р.

Дата переоформлення
ліцензії

12 серпня 2020 р.

Строк дії ліцензії

з 15 березня 2019 р. по 15 березня 2022 р.

Заступник Голови



Руслана ТРІПАЙЛО

Ліцензія переоформлена на новому бланку з урахуванням змін:
від 12 серпня 2020 року.

Заступник Голови



Руслана ТРІПАЙЛО

ВНЕСЕННЯ ЗМІН:





ліцензія № ОВ 020332

Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) має здійснюватись ліцензіатом згідно з вимогами та умовами безпеки (ліцензійними умовами) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, затвердженими наказом Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125 та зареєстрованими в Мін'юсті України 17.12.2002 за № 978/7266.

Розділ 1. Перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії

- 1.1. Заяви для видачі та переоформлення ліцензії (вх. Держатомрегулювання: від 25.02.2019 № Л239, від 16.07.2020 № Л736) та подані разом з ними документи.
- 1.2. Накази «Про рішення щодо ліцензування» Держатомрегулювання від 15.03.2019 № 120; від 12.08.2020 № 331.

Розділ 2. Умови провадження діяльності

- 2.1. Цією ліцензією дозволяється використання ДІВ, а саме: пристроїв, що генерують іонізуюче випромінювання, у межах зазначених нижче параметрів.

2.1.1. Місця провадження діяльності:

- об'єкти замовників на території України;
- 46000, Тернопільська обл., місто Тернопіль ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА П.ДОРОШЕНКА, будинок 1а/1 (зберігання ДІВ).
- 1) рентгенівські діагностичні комплекси типів - Siemens Axion Iconos, Philips Digital Diagnost, Philips Omni Diagnost, Philips Bucky Diagnost, R-SHER-K, Siemens Multix/Vertix Compact, Siemens Multix/Vertix Top MP, Siemens AXIOM Multix M, Definium 8000, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ;
- 2) томографи комп'ютерні типів - Aquilion One; Aquilion One TSX-301F/2C; Aquilion One TSX-301A/2C; Aquilion 4/8/16/32/64/128-slice, Aquilion PRIME, Aquilion CX/CXL64/128-slice; Aquilion 16TSX-101A/GB, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ;
- 3) рентгенівські цифрові мамографічні системи та апарати типів Fujifilm Amulet та всі його модифікації, MAMMOMAT 1000/3000, Nova/Inspiration/Novation DR, максимальна прискорювальна напруга 75 Кв;
- 4) рентгенівських діагностичних пересувних, дугових апаратів типів - BV-15/21/22/25/29-C, Arcadis Avantic C-arm system максимальна прискорювальна напруга 125 Кв.

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: отримання (придбання), передача (збут) у тому числі з метою постачання ДІВ, зберігання.

2.1.2 Місце провадження діяльності: 78500, Івано-Франківська обл., місто Яремче, ВУЛИЦЯ ДОВБУША, будинок 5;

- комп'ютерний томограф Aquilion TSX-101A/U, заводський № UCA1232002, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ, 1 од, кабінет комп'ютерної томографії.

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: отримання (придбання), передача (збут), зберігання ДІВ.

2.1.3 Місце провадження діяльності: 46000, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ТРОЛЕЙБУСНА, будинок 15;

- комп'ютерний томограф Aquilion TSX-101A/QC, заводський № 2CA105219, прискорювальна напруга 140 кВ, 1 од., кабінет комп'ютерної томографії.

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: отримання (придбання), передача (збут), зберігання ДІВ.

2.1.4 Місце провадження діяльності: 88018, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця НОВАКА, будинок 44;

- 1) комп'ютерний Aquilion One TSX-301A/2C, серійний № 2CA1052196, максимальна прискорювальна напруга 140 кВ, 1 од., кабінет комп'ютерної томографії, приміщення медичного центру;
- 2) рентгенівський цифровий мамографічний апарат Fujifilm Amulet FDR MS-2000, заводський № 07030177, максимальна прискорювальна напруга 40 кВ, 1 од., кабінет мамографії, приміщення медичного центру;
- 3) комплекс рентгенівський діагностичний стаціонарний Definium 8000, заводський № 1286M34, максимальна прискорювальна напруга 150 кВ, 1 од., кабінет рентгенівської діагностики, приміщення медичного центру.

При цьому дозволяються такі види робіт з ДІВ: отримання (придбання), передача (збут), зберігання ДІВ.



Начальник Північно-західної інспекції
Держатомрегулювання

Володимир ХАБАРОВ
Володимир ХАБАРОВ