



Державне підприємство
Київський обласний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації
ДП «КІЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 84.

тел/факс: (0456) 34-71-73

Свідоцтво про уповноваження № ПК 006-2014 від 12 червня 2014 року

СВІДОЦТВО

про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки

№ П40 М 13651 19

Чинне до 24 квітня 2020 року

Назва та умовне позначення **ВАГИ АВТОМОБІЛЬНІ**

60 BA-1-1ПМ-16

Зав. № 2911

Виробник: ТОВ «Ваговимірювальні системи»

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної
техніки (далі – ЗВТ) відповідає вимогам:

ДСТУ EN 45501:2016 “Метрологічні аспекти неавтоматичних
зважувальних приладів”

(назва нормативно-правового акта, що містить вимоги до метрологічних характеристик

Діапазон зважування: Max - 60 000 кг Min - 400 кг

(клас точності, похибки, діапазони вимірювання), особливості застосування ЗВТ)


ціна поділки: d = 20 кг клас точності III (середній)

Допустима похибка: $\Delta = \pm 20/40/60$ кг

Персонал, який виконував
роботи з повірки


(підпис)

О.В. Шпильовий
(ініціали, прізвище)



24 квітня 2019 року

Довідкова інформація:

Власник: **ТОВ "УКРМЕТ ЦЕНТР" м. Київ.**

Відради...

